

Pharmacie - PHAR-Général #397

Changement de la programmation ds Ariane pour la saisie de la vasopressine

2024-12-16 21:14 - Vicky Lord

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Haut	Echéance:	
Assigné à:	Emile Bouchard		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:			
Description			
Une erreur grave est survenue aux soins car la mauvaise concentration de vasopressine a été utilisée et le débit fixe est demeuré à 6 ml/hre. Par conséquent, le chef de service du côté médical des soins (Dr Leclair) souhaite que les médecins prescrivent une dose au lieu d'une recette soit 0.04 unités/min au lieu de 40 unités/100 ml NS à 6 ml. Donc si possible nous aimerions que la programmation ds Ariane soit faite avec la dose donc vu 2 doses possibles:			
1) Vasopressine 40 unités/100 ml de NS à 0.04 unités/min (ajout ds l'instruction obligatoire: correspond à 6 ml/hre)			
2) Vasopressine 40 unités /100 ml de NS à 0.02 unités/min (ajout ds l'instruction obligatoire: correspond à 3 ml/hre)			
A l'heure actuelle si on tente ce changement il y a un bug sur la FADM vs le débit inscrit (unable to convert)			

Historique

#1 - 2024-12-16 21:20 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Assigné à changé de Mélanie Lacerte à Emile Bouchard
- Équipes Pompe ajouté

@Cathy Desaulniers a t-on besoin de modifier la saisie dans les pompes en unité/min? Je crois que c'est déjà dans les choix ?

#2 - 2024-12-20 17:42 - Vicky Lord

Ne pas faire pour l'instant, il y a trop d'enjeux à régler 20 déc

#3 - 2024-12-20 20:30 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Accepté à En cours

#4 - 2025-01-14 10:12 - Emile Bouchard

tel que discuté:
Fait dans dev

Enlevé l'option de _ u/100 ml dans le tableau de sélection de dose
Mis le champs instructions obligatoire
Ajoute des messages : Vasopressine 40 unités/100 ml à 0.04 unités/min correspond à 6 ml/hre et Vasopressine 40 unités/100 ml à 0.02 unités/min correspond à 3 ml/hre.
J'ai ajouté Instructions non-pertinentes dans la section ped si jamais il n'y a rien a écrire pour la ped.
J'ai fait du ménage dans le tableau d'instructions

#5 - 2025-03-25 17:33 - Cathy Desaulniers

- Équipes Pompe supprimé

Fait
retrait de la concentration ouverte

#6 - 2025-03-25 17:47 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de En cours à Résolu
- Équipes Ariane supprimé