

Pharmacie - PHAR-Général #733

Tigecycline 50 q12h pompe CADD - volume à modifier

2025-12-22 20:51 - Alexandrine Coulombe

Statut:	Nouveau	Début:	
Priorité:	Haut	Echéance:	2026-01-16
Assigné à:			
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		
Description			
Changer le volume de la dose pour 125 mL au lieu de 126 mL pour la recette de tigecycline 50 mg q12h (dépasse la vitesse max de la pompe).			
Déjà modifié dans la pompe pour changement de janvier prochain.			